

# 校正報告

客 戶：

設備名稱：Alcohol Tester

型 號：AT8060

序 號：

測試設備名稱：酒精呼氣測試模擬器：型號：MODEL 2100，序號：DR6844

酒精液體：濃度 0.05%＝0.25 mg/L，校正時酒精溫度 34.0 度

精確度	酒精濃度範圍 C/(mg/L)	誤差值
	$C < 0.400$	$\pm 0.050$ mg/L
	$0.400 \leq C < 1.000$	$\pm 20\%$
	$C \geq 1.000$	$\pm 30\%$

校正後以標準酒精測試狀況：

	以 標 準 酒 精 測 試	附 註
酒測器：	加 0.25 mg/L 標準酒精讀值為 0.25 mg/L	正常

註：1.本機警報設定值為 0.250 mg/L

2 校正後各項功能檢測均正常

校正人員：

校正日期：

下次校正日期：